

7. OTRAS MAGNITUDES

Ítem	Descripción	Alcance	Procedimiento de Referencia	Tiempo estimado de ejecución
1	Ph-metros (Potenciómetros)	pH = 4,01 ; pH=1,68 pH = 7,01; pH = 10,01	QU-003 CEM	2 horas
2	Determinador de Humedad	Hasta 100%	Por comparación con resultado de análisis de muestra enviada a INASSA	3 horas
3	Viscosímetro	102400 cP 59200 Cp 30080 Cp 103680 Cp 488 Cp	Por Comparación con soluciones estándar	3 horas
4	Conductímetro	84 μ S/cm; 1413 μ S/cm; 12880 μ S/cm	Por Comparación con soluciones estándar	2 horas
5	Refractómetro / Brixómetro	7,50° Brix; 12,50° Brix; 15,00° Brix; 40,00° Brix	Por Comparación con soluciones estándar	2 horas

Nuestros certificados de calibración documentan la trazabilidad a los patrones nacionales e internacionales en diferentes unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI).