

5. LABORATORIO DE LONGITUD

Ítem	Descripción	Alcance	Método o Procedimientos de Referencia	Tiempo estimado de ejecución
1	Pie de rey	0 mm a 300 mm	REF. PC-012 INDECOPI	2 horas
2	Profundímetros	0 mm a 300 mm	Ref. PC-012 INDECOPI	2 horas
3	Cinta Metálica	0 m a 3 m	REF. DI-012	2 horas
4	Regla metálica	0 cm a 100 cm	REF. DI-013 CEM, R.I. .Nº 35 de la OIML Por comparación con regla patrón y bloques plano paralelos	2 horas
5	Micrómetros de interiores	0 mm a 300 mm	REF. PC-014 INDECOPI Resolución 0,01 mm	2 horas
6	Micrómetros de exteriores	0 mm a 300 mm	REF. PC-014 INDECOPI Resolución 0,01 mm	2 horas
7	Medidores de espesor, Comparadores de cuadrante, Relojes comparadores	0 mm a 300 mm	PC-014 INDECOPI Resolución $\geq 0,001$ mm	2 horas

Nuestros certificados de calibración documentan la trazabilidad a los patrones nacionales e internacionales en diferentes unidades de medida de acuerdo con el sistema internacional de unidades (SI).